

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH  
**BỆNH VIỆN MẮT**

Số /BVM- KD

V/v báo giá trang thiết bị y tế  
năm 2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Các Công ty sản xuất/ kinh doanh trang thiết bị y tế.

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Căn cứ Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT - BTC ngày 29/3/2016;

Căn cứ Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Thông tư 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 của Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành;

Bệnh viện Mắt Bình Định có nhu cầu xây dựng giá kế hoạch mua sắm Trang thiết bị y tế năm 2023. Để làm cơ sở tiến hành lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh của đơn vị.

Bệnh viện Mắt Bình Định đề nghị Quý Công ty sản xuất/kinh doanh báo giá các trang thiết bị y tế như sau:

**1. Danh mục đề nghị** (Phụ lục kèm theo)

**2. Yêu cầu khác:**

- Báo giá đính kèm các tài liệu chứng minh các nội dung về chủng loại, cấu hình tính năng, thông số kỹ thuật phân nhóm theo Thông tư 14/2020; Hãng/ nước sản xuất; Hãng/ nước chủ sở hữu; Catalogue của trang thiết bị y tế.

- Báo giá phải ghi căn cứ Công văn số...../BVM-KD ngày .../03/2023 của Bệnh viện Mắt Bình Định.

- Báo giá phải ghi rõ ngày báo giá và có hiệu lực ít nhất đến hết năm 2023.

- Giá trang thiết bị bao gồm tất cả các chi phí liên quan như: giá bán, thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có), phí vận chuyển,... đến tận kho của Khoa Dược - VTYTTB-XN-CNK của Bệnh viện Mắt Bình Định.

Báo giá phải đầy đủ các thông tin theo mẫu sau:

STT	Tên trang thiết bị	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật	Hãng/nước sản xuất	Hãng/Nước chủ sở hữu	Năm sản xuất	Phân nhóm theo Thông tư 14/2020	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá có VAT (Đồng)	Thành tiền (Đồng)	Giá kê khai	Mã kê khai

**3. Thời gian:** Gửi báo giá về Bệnh viện Mắt Bình Định trước 16giờ00 ngày 05/04/2023.

**4. Báo giá xin gửi về:**

- Trực tiếp Phòng Văn thư Bệnh viện Mắt Bình Định hoặc qua đường bưu điện và gửi file mềm qua email [khoaduocbvm2021@gmail.com](mailto:khoaduocbvm2021@gmail.com).

- Địa chỉ: Số 78 Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại : 0256.3893606 - 0256.3518017

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý Công ty ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng trang TTĐT Sở Y tế
- Đăng trang TTĐT Bệnh viện;
- Lưu VT, KD.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thanh Triết**

**PHỤ LỤC**

(Kèm theo công văn số /BVM-KD ngày /03/2023 của Bệnh viện Mắt Bình Định)

STT	Tên trang thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	<b>Máy xét nghiệm sinh hóa tự động</b>	<p>-Thiết bị phải được sản xuất năm 2022 trở về sau mới 100%</p> <p>-Máy chính: 01 máy</p> <p>-Máy tính kèm phần mềm điều khiển cho máy sinh hóa: 01 chiếc</p> <p>-Máy in khổ giấy A4: 01 chiếc</p> <p>-Bộ lưu điện 2KVA: 01 bộ</p> <p>-Bộ lọc nước RO công suất 10L/giờ: 01 bộ</p> <p>-Tính năng kỹ thuật:</p> <p>+ Công suất xét nghiệm: 270 xét nghiệm sinh hóa/giờ, không bao gồm xét nghiệm điện giải.</p> <p>+ Số lượng xét nghiệm đồng thời đo được: 50 xét nghiệm sinh hoá</p> <p>+ Bộ phận trộn mẫu: Loại khuấy xoay</p> <p>+ Nhận diện mẫu bệnh phẩm: Bảng mã vạch.</p> <p>- Phân nhóm theo Thông tư 14/2020: từ nhóm 1 đến nhóm 3.</p>	Hệ thống	01	
2	<b>Máy đo công suất thể thủy tinh không tiếp xúc</b>	<p>- Thiết bị mới 100%</p> <p>-Thiết bị được sản xuất năm 2022 và những năm sau</p> <p>- Máy chính : 01</p> <p>- Màn hình : 01</p> <p>- Bàn đặt máy hoặc chân bàn đặt máy : 01</p> <p>- Tính năng kỹ thuật:</p> <p>+ Đo chiều dài của trục nhãn cầu</p> <p>+ Đo bán kính cong giác mạc</p> <p>+ Bộ công thức tính công suất thủy tinh thể Haigis</p> <p>+ Các công thức tính thủy tinh thể Hoffer Q, Holladay 1&amp; 2, SRK/T.</p>	Máy	01	

		- Phân nhóm theo Thông tư 14/2020: từ nhóm 1 đến nhóm 3.			
3	<b>Máy chụp cắt lớp võng mạc (OCT)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị mới 100%.</li> <li>- Thiết bị được sản xuất năm 2022 và những năm sau .</li> <li>- Thân máy tích hợp máy tính hoặc thân máy + máy tính : 01 .</li> <li>- Đèn định thị ngoài: 01 cái.</li> <li>- Tỳu cầm: 01cái.</li> <li>- Chân bàn hoặc bàn đặt máy chính hãng: 01 cái.</li> <li>-Tính năng kỹ thuật: + Chụp cắt lớp võng mạc: chụp cắt lớp võng mạc tại hoàng điểm và đĩa thị. + Chụp OCT mạch máu (OCTA): chụp OCT mạch máu tại hoàng điểm và đĩa thị. + Chụp cắt lớp bán phần trước: độ dày giác mạc, xem góc tiền phòng, tiền phòng.</li> <li>- Phân nhóm theo Thông tư 14/2020: từ nhóm 1 đến nhóm 2.</li> </ul>	Máy	01	
4	<b>Sinh hiển vi khám mắt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết bị mới 100%</li> <li>-Thiết bị được sản xuất năm 2022 và những năm sau</li> <li>- Máy chính : 01 cái</li> <li>- Thân máy chính: 01 cái</li> <li>- Bộ phận tựa cầm: 01 cái</li> <li>- Mặt bàn chính hãng: 01 cái</li> <li>- Bóng đèn Halogen: 02 cái (01 cái chính + 01 cái dự phòng).</li> <li>- Chân bàn nâng hạ bằng Motor điện: 01 cái</li> <li>- Tính năng kỹ thuật: + Độ phóng đại từ hai mức trở lên + Sử dụng nguồn sáng Halogen</li> <li>- Phân nhóm theo Thông tư 14/2020: từ nhóm 1 đến nhóm 3.</li> </ul>	Cái	02	