

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
BỆNH VIỆN MẮT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BVM-KD
V/v Cung cấp báo giá xe
khám, chữa mắt lưu động.

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị/ công ty cung cấp hàng hóa, dịch vụ, thiết bị y tế tại Việt Nam.

Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm xe khám, chữa mắt lưu động với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
DS. Trần Minh Quân, Phó Trưởng Khoa Dược, SĐT: 0905739244, Email: Khoaduocbvm2021@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp (hoặc qua đường bưu điện) tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai, 78 Trần Hưng Đạo, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai.
 - Các báo giá gửi theo đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện trên bì thư.
 - Đồng thời gửi bản mềm báo giá qua địa chỉ email: Khoaduocbvm2021@gmail.com
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành yêu cầu báo giá đến trước **16h00 ngày 24 tháng 07 năm 2026**.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu **120 ngày** kể từ ngày **24/07/2026**.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục:

STT	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ	Số lượng/ Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả chi tiết	Ghi chú
1	Xe khám, chữa mắt lưu động	1	Chiếc	Chi tiết theo phụ lục đính kèm	Chưa bao gồm phí đăng kiểm, bảo hiểm lưu hành

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh Mắt tỉnh Gia Lai (Số 78 Trần Hưng Đạo – Phường Quy Nhơn – Tỉnh Gia Lai).

Rất mong sự quan tâm và hợp tác của Quý Đơn vị/ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT - Sở Y tế;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Lưu VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Triết

PHỤ LỤC

YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(Kèm theo công văn số: /BVM-KD ngày tháng năm 2026 của Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai)

CẤU HÌNH XE KHÁM CHỮA MẮT LƯU ĐỘNG

(Chưa bao gồm phí đăng kiểm, bảo hiểm lưu hành)

A. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ XE KHÁM CHỮA MẮT LƯU ĐỘNG

1. Định nghĩa

Xe khám chữa mắt lưu động là phương tiện y tế được thiết kế, cải tạo và tích hợp đồng bộ các thiết bị nhãn khoa, cho phép thực hiện sàng lọc, khám, chẩn đoán cơ bản, lưu trữ dữ liệu và kết nối chuyển tuyến tại cộng đồng, hoạt động như một trung tâm thị giác thu nhỏ.

2. Phạm vi chức năng

Xe khám chữa mắt lưu động phải đảm bảo thực hiện được các chức năng sau:

- Khám sàng lọc thị lực và tật khúc xạ;
- Phát hiện sớm các bệnh lý nhãn khoa thường gặp như: đục thủy tinh thể, glôcôm, bệnh võng mạc (đái tháo đường, thoái hóa hoàng điểm...);
- Ghi nhận, lưu trữ và quản lý thông tin bệnh nhân;
- Kết nối, tư vấn và chuyển tuyến đến các cơ sở điều trị chuyên sâu khi cần thiết.

3. Một số yêu cầu cơ bản

- Nguyên tắc tính cơ động và ổn định

* Xe phải có khả năng hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau, kể cả điều kiện môi trường khó khăn;

* Hệ thống điện, điều hòa, chiếu sáng phải đảm bảo vận hành liên tục, ổn định;

* Kết cấu xe phải đảm bảo chống rung, cách nhiệt và an toàn khi di chuyển.

- Nguyên tắc tính an toàn

* Đảm bảo đủ điều kiện đăng kiểm và bảo hiểm lưu hành theo quy định;

* Đảm bảo an toàn điện, phòng cháy chữa cháy;

* Đảm bảo an toàn trong sử dụng thiết bị y tế;

* Bố trí không gian phù hợp với thao tác chuyên môn và an toàn cho người bệnh.

B. CẤU HÌNH XE KHÁM CHỮA MẮT LƯU ĐỘNG (chưa bao gồm trang thiết bị y tế và phí đăng kiểm, bảo hiểm lưu hành)

I. Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%.

- Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng Việt Nam hoặc tương đương.
- Xuất xứ: Việt Nam

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT & TRANG THIẾT BỊ	YÊU CẦU
Năm sản xuất	2026 trở đi
Động cơ	Diesel 2.3L
Công suất cực đại	171 PS (126kW)/32000
Hộp số	Số tay 6 cấp
Ly hợp	Đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thủy lực
Hệ thống treo trước	Hệ thống treo độc lập dùng lò xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn thủy lực
Hệ thống treo sau	Hệ thống treo phụ thuộc dung nhíp lá, thanh cân bằng với ống giảm chấn thủy lực
Hệ thống phanh trước và sau	Phanh đĩa trước và sau
Nhiên liệu sử dụng	Diesel
Cỡ lốp	2015/75R16
Bánh xe	Vành thép 16"
Đèn phía trước	LED, tự động bật tắt
Đèn sương mù	LED
Đèn ban ngày	LED
Gạt mưa	Tự động
Điều hòa nhiệt độ	Tự động
Hệ thống âm thanh	AM/FM, Cổng USB, 6 loa
Màn hình trung tâm	Màn hình TFT cảm ứng 12.3'
Tay lái	Tích hợp các tính năng điều khiển
Hệ thống kiểm soát hành trình	Có
Ghế lái có điều chỉnh 6 hướng có tựa tay	Có
Dây đai an toàn trang bị cho các ghế	Có
Vật liệu ghế	Nỉ kết hợp Vinyl
Camera lùi	Có
Cửa lái điều khiển điện	Có
Gương chiếu hậu điều khiển điện	Có

Khóa cửa điện trung tâm	Có
Tay nắm hỗ trợ lên xuống	Có
Khóa cửa điều khiển từ xa	Có
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử	Có
Túi khí cho người lái	Có
Chắn bùn trước sau	Có

II. Các thông số kỹ thuật chính

- Dài x Rộng x Cao (mm): 5.980 x 2.000 x 2.550
- Kích thước khoang khám (mm): 3.600 x 1.860 x 1.900
- Lối đi giữa (mm): 600 - 700
- Điện: 220V, inverter, ắc quy
- Điều hòa: treo trần (12.000 - 18.000 BTU)

III. Thiết kế các khoang chuyên dụng

- Khoang đăng ký: có 01 bàn đăng ký, 01 ghế cho ĐD, 01 ghế cho bệnh nhân, 01 máy tính
- Khoang đo khúc xạ: bố trí 01 máy đo khúc xạ tự động, 01 ghế bệnh nhân
- Khoang đo nhãn áp: bố trí 01 máy đo nhãn áp hơi 01 ghế bệnh nhân
- Khoang chụp ảnh đáy mắt: bố trí 01 máy chụp ảnh đáy mắt để bàn, 01 ghế bệnh nhân
- Khoang khám mắt: bố trí 01 đèn khe khám mắt (có hoặc không có camera), 01 ghế bệnh nhân
- Khoang tư vấn: bố trí 01 bàn khám nhỏ, 01 ghế bác sĩ, 01 ghế bệnh nhân

IV. HÌNH ẢNH THIẾT KẾ

HÌNH ẢNH THỰC TẾ & SƠ ĐỒ DI CHUYỂN

